


Punchana, 21 de enero del 2025.

OFICIO N° **022** -2025 -GRL-DRS-L/30.50.13.

Señor Doctor:
JEHOSHUA RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ
Director General
Hospital Regional de Loreto
PRESENTE



ASUNTO : REITERO NECESIDAD DE COMPRA DE OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

REF. : OFICIO N° 012-2024-PPR-0018/ENT/ALRL/RESNSOPC-HRL
: OFICIO N° 106-2024-GRL-GRS-L/30.50.13.
: OFICIO N° 249-2024-GRL-GRS-L/30.50.13
: OFICIO N° 30-2024-PPR-0018/ENT/ALRL/RESNSOPC-HRL
: OFICIO N° 303-2024-GRL-GRS-L/30.50.13.

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y de acuerdo con los documentos enviados uno por la responsable del Componente Salud Ocular y Prevención de la Ceguera Lic. Enf. ANA LUZ RUCOBA LINARES, y otro a su despacho, comunicando que, debido a la necesidad que tiene Consultorio Externo de Oftalmología para realizar los exámenes especiales; de las cuales con el equipo que cuenta en la consulta externa se encuentra en mal estado para su uso respectivo.

Sin embargo; debo indicarle que a partir del mes de MAYO contamos con dos (02) profesionales en Oftalmología, tanto en los turnos de mañana y tarde; por lo que, reiteramos a vuestro Despacho y con carácter de Urgente la Compra de Dos (02) Oftalmoscopio Indirecto para realizar los tamizajes en los pacientes ambulatorios como hospitalización (tamizajes a recién nacidos prematuros con Retinopatía del Prematuro; de las cuales, detallamos las especificaciones correspondientes:

N°	Descripción	Concentración	Cantidad
01	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO		DOS (02)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • Marca Keeler • Modelo Wired All Pupil Kit a Wit Power/accesorios. • Control de intensidad de iluminación variable desde el cabezal distancia intepupilar de 48mm a 76mm. • Fuente de iluminación de tecnología LED • Banco de diafragmas y filtros azul cobalto y libre de rojos como mínimo • Con ajuste del ángulo de iluminación. • Apto para toda pupila (pequeña, grande, mediano) con ajuste óptico automático. • Maletín para conducir oftalmoscopio. 			

Agradeciéndole anticipadamente por la atención que se digne brindar a la presente y esperando dar solución al asunto para el beneficio de la salud de nuestros usuarios, quedamos a vuestras órdenes.

Atentamente,



HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
"FELIPE ARRIOLA IGLIAS"
Departamento de Cirugía
Dr. EDDYN FLORES MEDO
Jefe del Departamento de Cirugía
Médico Traumatología
CMP N° 60610 - RNE N° 20000

C.c:
Direcc. Técnica
Archivo
EFP/jackig