

Punchana, 21 de enero del 2025.

OFICIO N° **023** -2025 -GRL-GRS-L/30.50.13.

Señor Doctor:
JEHOSHUA RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ
Director General
Hospital Regional de Loreto
PRESENTE

1352
21 ENE 2025
Firma: *[Handwritten Signature]*

ASUNTO : REITERO REQUERIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO (RESECTOSCOPIO MONOPOLAR)

REF. : OFICIO N° 171-2024-GRL-GRS-L/30.50.13.
: OFICIO N° 251-2024-GRL-GRS-L/30.50.13.

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y de acuerdo al documento de la referencia, reitero las Especificaciones Técnicas, para el requerimiento de adquisición de compra de Equipo Biomédico (RESECTOSCOPIO MONOPOLAR) y poder utilizar en las intervenciones quirúrgicas de Cirugías de Próstatas sin cortes a pacientes por la Especialidad de Urología, brindándole una calidad de atención a nuestros usuarios que acuden a diario a este nosocomio de las cuales detallamos las especificaciones técnicas para los fines correspondientes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°	Descripción	Cantidad
01	RESECTOSCOPIO MONOPOLAR	UNO (01)

01	OPTICA DE VISIÓN 30°	<ul style="list-style-type: none"> - ÓPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORÁMICA HOPKINS II 30°. - DIÁMETRO DE 4MM - LONGITUD DE 30CM - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE - CON REDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO - COLOR DISTINTIVO: ROJO - REUSABLE. 	UNO
02	ELEMENTO DE TRABAJO MONOPOLAR PARA RESECTOSCOPIO	<ul style="list-style-type: none"> - CORTE MEDIANTE TENSIÓN DEL PULGAR. - PARA RESECTOSCOPIO MONOPOLAR DE 24/26 FR. - PARA ASAS Y ELECTRODOS DE UN VÁSTAGO. - ANILLA MÓVIL PARA EL PULGAR ACCIONADO POR RESORTE - PARA SER USADOS CON ÓPTICAS DE 4MM - REUSABLE 	UNO
03	CAMISETA EXTERIOR PARA RESECTOSCOPIO 26 CHARR.	<ul style="list-style-type: none"> - MODELO: ROTATORIO - PARA SISTEMA DE FLUJO CONTINUO - PUNTA DISTAL CON ORIFICIOS DE IRRIGACIÓN REDONDOS ALREDEDOR DE LA CAMISETA Y TERMINAL DE CERÁMICA - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134 °C. 	UNO
04	CAMISETA INTERIOR PARA RESECTOSCOPIO 24 CHARR.	<ul style="list-style-type: none"> - DE TIPO ROTATORIO - PARA SISTEMA DE FLUJO CONTINUO - PUNTA DISTAL CON ORIFICIOS DE IRRIGACIÓN REDONDOS ALREDEDOR DE LA CAMISETA Y TERMINAL DE CERÁMICA 	UNO
05	CABLE DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR	<ul style="list-style-type: none"> - REUSABLE - CON CLAVIJA DE 4MM O 8MM - LONGITUD 300 MM 	UNO

Agradeciéndole por la atención que se digne dar a la presente, y en beneficio de la salud de nuestros pacientes, quedamos a vuestras órdenes.

C.c:
Dirección Técnica
Archivo
EFP/jackig

Atentamente,
Hospital Regional de Loreto - Cirugia

HOSPITAL REGIONAL DEL DPTO. "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" Departamento de Cirugía
Dr. EDDY N. FLORES PEZO
Jefe del Departamento de Cirugía
Especialista en Cirugía
Especialista en Traumatología
CMP N° 60510, RNE N° 22388